

2017年1月

お客様 各位

東レ・メディカル株式会社
医療用具事業部門

ディスポーザブル・セミオート生検針 ファインコア
製品仕様変更について（ご案内）

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧を頂いております弊社「ディスポーザブル・セミオート生検針 ファインコア」につきまして、下記のとおり仕様を変更いたしましたのでご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売名： 生検針〔ディスポーザブル・セミオート生検針（ファインコア）〕
2. カタログNo.： 全品種
3. 変更内容： 生検針のコマ部分に突起を追加（外針ハブを回した際に外れやすくするため）



4. 変更時期： ロット；TD-138より変更後の製品を出荷いたします。

尚、製品に関する詳細、お問い合わせ等は弊社担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以上