

お客様各位

 **MERA 泉工医科工業株式会社**
東京都文京区湯島 2-30-7
商品企画 手術部
TEL.03-3812-3254
FAX.03-3815-7011

セレス吸引システム／連結チューブの仕様変更

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社製品に格別なるご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『セレス吸引システム』の連結チューブ・吸引バッグ連結チューブ・青コネクターにおきまして、チューブ形状の変更がございますので、下記のとおりご案内いたします。

敬具


記

■変更対象規格

商品コード	販売名	規格/型式
0151002101	セレス吸引システム	連結チューブ・吸引バッグ連結チューブ・青コネクター付

※ 販売名、商品コード等に変更はありません。

■変更内容 : チューブ全体が肉厚になります。(下図参照)



※ 従来品と互換性があるので、これまで通りご使用いただけます。

■変更開始ロット : 91409～

■変更時期 : 11月29日 出荷開始
ご連絡が遅れましたことをお詫び申し上げます。

以上