

平成 30 年 4 月

お客様各位



## 血液透析濾過器


### 「ファインフラックス® FIX- eco タイプ」 透析液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
さて、この度血液透析濾過器「ファインフラックス® FIX- eco タイプ」の透析液口のキャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

#### 変更点

透析液口のキャップの形状を強度アップのため、下記の通り変更致します。  
(透析液口キャップ外周部を肉厚にしました)



注 1) 血液口のキャップと透析液口のキャップ形状は異なります。  
そのため透析液口キャップを血液口に装着することはできません。

注 2) 血液口のキャップは変更ありません。

#### 対象製品

FIX- eco タイプ 全品番

#### 変更開始ロット

18D16 以降のロットより変更となります。

※詳細な変更時期については弊社担当営業より、ご連絡させていただきます。