

# テルフュージョン<sup>®</sup> 輸液ポンプ28型 仕様変更のご案内


2018年5月  
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、テルフュージョン輸液ポンプ28型につきまして、下記のとおり、アンチフリーフロー（以下、AFF）カバーの形状変更、ポールクランプ製造銘板の記載内容変更を行いますので、ご案内申し上げます。  
敬白

記

## ■ 変更内容

- ①コード番号：TE-281N（AFF機能なしの品種）について、チューブ保持部へのチューブ挿入・保持改善のため、AFFカバーの形状を変更いたします。



- ②付属品のポールクランプ製造銘板の製造番号表示を変更いたします。

変更前：上4桁「年月」＋下6桁「連番」 → 変更後：上4桁「2800」＋下6桁「Lot番号」

## ■ 変更開始時期

2018年6月  
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

## ■ 変更対象品種

品名	コード番号	AFF機能	共通商品コード (JAN)	変更内容	
				①	②
テルフュージョン輸液ポンプ28型	TE-281N	なし	4582270690298	●	●
	TE-281A	あり	4582270690274	—	●

一般的名称：汎用輸液ポンプ

販売名：テルフュージョン輸液ポンプ28型 医療機器承認番号：22800BZX00448 特定保守管理医療機器