

ATOM MEDICAL



子宮マニピュレーター 仕様変更のご案内

No.18-07-05
2018年7月

謹啓 平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度「子宮マニピュレーター」の各製品につきまして、バルーン用注入ポートのバルブを変更いたしますのでご案内申し上げます。
なお、本件に関するお問合せは、弊社カスタマーサポートまでお願いいたします。
謹白

記

■変更内容

子宮マニピュレーターのバルーン用注入ポートのバルブ（白色⇒黒色）を変更します。



■対象製品

コードNo.	品名	JANCD	変更時期
13404	子宮マニピュレーター 7cmチップ	4942962134040	2018年8月以降順次※
13405	子宮マニピュレーター 9cmチップ	4942962134057	

※変更品の出荷開始時期につきましては、在庫状況により多少変動致しますことをご了承ください。

以上

《 カスタマーサポート 》 0800-111-6050 受付時間 平日9:00~17:00
(上記番号でつながらない場合 03-6388-9887)