

シリンジポンプ SP-520/SP-120 バッテリ変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度、JMSシリンジポンプ SP-520/SP-120 につきまして、現行バッテリーの生産終了に伴い下記の通り変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- ・ 外観が一部変更となります。(変更前：赤 変更後：黒)
- ・ 容量が変更になります。(変更前：2200mAh 変更後：2400mAh)



対象製品

シリンジポンプ

販売名	医療機器承認/認証番号
JMSシリンジポンプ SP-520	22600BZX00274000
JMSシリンジポンプ SP-120	22700BZX00254000

保守部品 (バッテリー)

販売名	型式	JANコード
SP用リチウムイオンバッテリー	SP-120/520	4987494249794

※上記変更に伴う価格及び統一商品コード (JANコード) の変更はありません。

変更時期

現行品の在庫がなくなり次第変更致します。

ご不明な点がありましたら、弊社営業担当者まで問い合わせ願います。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルビジネスビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601