

令和元年 8 月

お客様各位

 **MERA 泉工医科工業株式会社**
東京都文京区湯島 2-30-7
商品企画本部 麻醉部
TEL.03-3812-3254
FAX.03-3815-7011

ソフィットフレックス 15mm コネクタ材質及び形状変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てに預かりまして厚く御礼申し上げます。

弊社気管切開チューブ ソフィットフレックスの 15mm コネクタの安定成型を目的として材質変更いたします。また、材質変更に伴い 15mm コネクタ両端に爪をつけた形状に変更いたします。製品仕様の変更はございません。


◆材質変更

現行品：ポリ塩化ビニル (PVC)



変更品：ポリカーボネート樹脂 (PC/PET)

◆形状変更



現行品の 15mm コネクタ



変更品の 15mm コネクタ

◆対象製品

ソフィットフレックス (全サイズ、全型式、特注品も対象)

ソフィットフレックスショートタイプ (全サイズ)

◆出荷時期

8 月下旬

(サイズ、型式により出荷時期が変動いたします)

今後ともご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具