

MEDISIZE製品仕様等変更のお知らせ (メディサイズ)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度メディサイズ呼吸器関連製品におきまして製造工場変更に伴い一部製品の仕様・品番等の変更をさせて頂く事となりましたのでご案内致します。

変更となります仕様・品番等は以下の通りとなります。

ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、何卒ご了承下さいませようお願い申し上げます。

※2019年9月中旬頃より、順次変更された製品の納品となります。(在庫状況で多少前後致します)

※価格、入数の変更は御座いません。

【対象製品】



変更前

製品名：ブリージングサーキット150cm (非滅菌)

品 番：C-550 009 150

J A N：4560373240473

認証番号：228AGBZX00067000

販売名：ブリージングサーキット

外国製造業者：Medisize B.V.

変更後

製品名：ブリージングサーキット150cm

品 番：550 - 009 - 150J

J A N：4560373240732

認証番号：230AGBZX00108000

販売名：medisizeブリージングサーキット

外国製造業者：Flexicare Medical Ltd.

仕様：①スパイラルリングとコネクターが白色に、Yピースが青色に変更。②回路が柔軟になりました。

— 本件についてのお問合せは各エリア担当者が対応させて頂きます。 —

- | | | |
|------------------|--------|---|
| ●北海道・東北・北陸・中部エリア | 担当 亀田 | TEL090-5363-0528
mail: mkameda@totalms.jp |
| ●関東・長野・山梨エリア | 担当 阿久津 | TEL080-8316-0555
mail: akutsu@totalms.jp |
| ●関西エリア (福井県含む) | 担当 久保 | TEL090-7874-2900
mail: kubo@totalms.jp |
| ●中国・四国エリア | 担当 梶間 | TEL080-8343-2225
mail: kajima@totalms.jp |
| ●九州・沖縄エリア | 担当 内丸 | TEL080-8325-8094
mail: uchimaru@totalms.jp |